



PARTE B **SCHEDA TECNICA**

Requisiti di qualità per la fornitura di strumenti e reattivi per test di conferma per la ricerca di anticorpi per Epatite C

LOTTO 1

Sistema per test di conferma per la ricerca di anticorpi per Epatite

Carico di lavoro previsto:

COMO

HCV ab 150 test/anno

Test	Sedute/settimanale
HCV anticorpi	1

LECCO

HCV ab 60 test/anno

Test	Sedute/quindicinale
HCV anticorpi	1

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

- N° 1 sistema per test di conferma per ricerca anticorpale su striscia.
- Totale automazione del sistema (post-dispensazione dei campioni-controlli) completo di sistema di lettura dei risultati della reazione.
- Utilizzo di strisce con antigeni ricombinanti e/o sintetici riferiti a HCV.

REQUISITI PREFERENZIALI

Caratteristiche strumentali: punti 32/70

Almeno 6 canali di dispensazione reattivi	4
Vassoi per strisce monouso	4
Numero step per corsa analitica	4
Tempi di esecuzione dell'analisi	20

Caratteristiche dei reattivi: punti 25/70

HCV: utilizzo di antigeni ricombinanti e/o sintetici, riferiti alle regioni strutturali e non strutturali del genoma del virus	15
Frequenza di esecuzione dei controlli	10

Organizzazione e supporto: punti 13/70

Sistema automatico di lettura ed interpretazione delle strisce	7
Corso di addestramento proposto (numero di persone da formare e qualità tecnica dell'addestramento)	2
Tempi di intervento offerti dall'assistenza tecnica	2
Interventi di miglioramento del sistema (upgrade) continui e solleciti	1
Manutenzione preventiva	1

LOTTO 2**Sistema per test di conferma per la ricerca di anticorpi per HIV 1 e 2**

Carico di lavoro previsto:

COMO

HIV1-2 ab 100 test/anno

LECCO

HIV1-2 ab 120 test/anno

COMO-LECCO

Test	Sedute
HIV 1-2 anticorpi	Quotidiano, in caso di riscontro di test di screening positivo

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

- N° 1 sistema per test di conferma per ricerca anticorpale su striscia o card.
- Totale automazione del sistema (post-dispensazione dei campioni-controlli) completo di sistema di lettura dei risultati della reazione.
- Utilizzo di strisce o card con antigeni ricombinanti e/o sintetici riferiti ai virus HIV1-2.

REQUISITI PREFERENZIALI**Caratteristiche strumentali: punti 30/70**

Numero step per corsa analitica	15
Tempi di esecuzione dell'analisi	15

Caratteristiche dei reattivi: punti 20/70

HIV: utilizzo di antigeni ricombinanti e/o sintetici, riferiti alle regioni strutturali e non strutturali del genoma del virus, con possibilità di differenziare l'infezione da HIV 1 e 2	10
Possibilità di utilizzo per il test HIV di sangue intero	5
Frequenza di esecuzione dei controlli	5

Organizzazione e supporto: punti 20/70

Sistema automatico di lettura ed interpretazione	6
Possibilità di esecuzione del test HIV in regime di urgenza (refertazione entro 1 ora)	10
Corso di addestramento proposto (numero di persone da formare e qualità tecnica dell'addestramento)	1
Tempi di intervento offerti dall'assistenza tecnica	1
Interventi di miglioramento del sistema (upgrade) continui e solleciti	1
Manutenzione preventiva	1